

Rajasthan Medical Services Corporation Limited, Jaipur

Gandhi Block, Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302005

Ph. No. 0141-2223887, Fax : 0141-2228065
CIN:U24232RJ2011SGC035067

E-mail : edepmrmisc-rj@nic.in

Website: http://rmisc.health.rajasthan.gov.in

No. F-8() RMSC/EPM/M-2/18-19/NIB-386/ 1743

Dated: 24/5/19

OFFICE ORDER

The following bidders are declared responsive/non responsive on the basis of documentary & technical evaluation of the bids submitted in response to NIB No. F-8(RMSC/EPM/M-2/2018-19/NIB-386/233 dated 24.01.19, (technical bid opening date 27.02.2019) in compliance with the decision taken in the purchase committee meeting dated 13.05.19 headed by M.D., RMSCL:-

S. No	Name of Firm	Quoted item	Remarks	Responsive /Non responsive
1			3	4
1.	M/s Otic Hearing Solutions Pvt. Ltd., Sai Sangam, Office No. 706/707, 7th Floor, Plot No-85, Sector-15, CBD Belapur, Navi Mumbai-400 614 E-Mail-implants@oticonindia.com	OAE Analyzer	तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया।	Responsive
		Impedance Audiometer	तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया।	Responsive
		OAE (with BAER Technology)	तकनीकी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से अयोग्य पाई गई। Mandatory Document ISO 14971 and IEC 60645 not attached in technical bid.	Non-Responsive
2.	M/s Medilife Technologies, 1St Floor, Vikas Plaza, Plot No. 2, Local Shopping Centre, Above HDFC Bank, Kalkaji, New Delhi- 110019 E-mail:-info@medilife.in	OAE Analyzer	तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया।	Responsive
		OAE (with BAER Technology)	तकनीकी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से अयोग्य पाई गई। Mandatory Document ISO 14971 not attached in technical bid.	Non-Responsive
3.	M/s Army Surgical Works, Basti Sheikh Road, Jalandhar-144002 E-mail: armysurgical@yahoo.com	Ear Surgery Instruments	तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Due to Not fulfilling Point No. 3,8,11,14,17, 18 and overall steel quality poor - Technically not approved किया गया।	Non-Responsive
4.	M/s BVM Meditech Pvt. Ltd., 306, 3 rd Floor, Mantri Arcade, LSC Pocket B & E, Dilshad Garden, Delhi-110095 Email:info@bvmmkt.com	Microdrill System	तकनीकी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से अयोग्य पाई गई। Mandatory tender fees Rs. 2360.00 DD made in the name RISL by firm instead of RMSCL, Jaipur	Non-Responsive

5.	M/s Genworks Health Pvt Ltd., Gamma Block, 5 th Floor, Sigma Tech Park, Whitefield Main Road, Varthur Hobli, Bangalore-560066	OAE Analyzer	तकनीकी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से अयोग्य पाई गई। Mandatory tender fees, tender processing fees, EMD not submitted in due time	Non-Responsive
		OAE (with BAER Technology)	तकनीकी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से अयोग्य पाई गई।	Non-Responsive
6.	M/s Allied Meditek, 11/C, Gopal Base Lane, Kolkata-700009 Email:allied.meditek@gmail.com	OAE Analyzer	तकनीकी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से अयोग्य पाई गई। Mandatory document GSTIN certificate not attached in technical bid	Non-Responsive
		OAE (with BAER Technology)	तकनीकी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से अयोग्य पाई गई। Mandatory Document GST TIN Certificate ISO 14971 and IEC 60645 not attached in technical bid.	Non-Responsive
7.	M/s Johnson & Johnson Pvt. Ltd., LBS Marg, Mulund (W), Mumbai-400080 Email:akhattar@its.jnj.com	Microdrill System	तकनीकी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से अयोग्य पाई गई। Mandatory Document IEC (Import-Export Certificate) not attached in technical bid.	Non-Responsive
8.	M/s Emco Tech Equipments Pvt. Ltd., F-1/B, 1 st Floor, Cross River Mall, Plot No. 9B & 9C, Central Business District, Near Karkardooma Court, Shahdara, Delhi-110032 Email:info@emcotech.in	Surgical Operating Microscope for E.N.T. Use	तकनीकी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से अयोग्य पाई गई। Past performance is not valid as per BF VII.	Non-Responsive

Online financial bids of responsive bidders for above items will be opened on 28.05.19 at 03:00 p.m.

एम 24.5.19

Executive Director (EPM)

RMSCL, Jaipur

Dated: 24/5/19

No. F-8() RMSC/EPM/M-2/18-19/NIB-386/1743

Copy to following for information and necessary action:-

1. PA to MD, RMSCL, Jaipur
2. All Participating bidders
3. Guard File

एम 24.5.19

Executive Director (EPM)

RMSCL, Jaipur