

Rajasthan Medical Services Corporation Limited, Jaipur

Gandhi Block, Swasthya Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur - 302005

Ph. No. 0141-2223887, Fax : 0141-2228065

E-mail : edepmrmssc-rj@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067

Website: http://rmssc.health.rajasthan.gov.in

No. F-8() RMSC/EPM/M-4/17-18/NIB-351/2018/ 4036

Dated: 03.10.2018

OFFICE ORDER

List of bidders declared responsive/non responsive as per documentary evaluation & technical evaluation of NIB No. . F-8() RMSC/EPM/M-4/18-19/NIB-351/3409,dated 27.07.18, technical bid opening date 28.08.18. The list of bidders declared responsive/ non responsive as per decision taken in the purchase committee dated 03.10.18 headed by M.D., RMSCL:-

| S. No. | Name of Firm | Quoted items | Responsive /Non responsive | Remarks |
|--------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | M/s Devine Meditech | <u>Streak Retinoscope</u> | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |
| 2 | M/s Towa Sales Corporation | | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |
| 1 | M/s Devine Meditech | <u>Schiotz Tonometer</u> | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |
| 1 | M/s Devine Meditech | <u>Direct Ophthalmoscope</u> | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |
| 2 | M/s Towa Sales Corporation | | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |
| 1 | M/s Devine Meditech | <u>Indirect Ophthalmoscope</u> | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |
| 2 | M/s Towa Sales Corporation | | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |
| 3 | M/s Appasamy Associate | | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |
| 1 | M/s Appasamy Associate | <u>KERATOMETER</u> | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |

| | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| 1 | M/s Towa Sales Corporation | <u>NON CONTACT TONOMETER</u> | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |
| 2 | M/s Appasamy Associate | | Non-Responsive | फर्म द्वारा डेमो आईटम प्रस्तुत नहीं किया गया। |
| 3 | M/s Mehra Eye Tech Pvt. Ltd. | | Non-Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा not recommended किया गया। तकनीकी स्पेसिफिकेशन के बिन्दु संख्या 4 motorized chin rest (range 70mm or more) था जबकि फर्म द्वारा प्रस्तुत सैम्पल में manual chin rest था। |
| 1 | M/s Times Surgical Company | <u>Operating Instrument Set</u> | Responsive | तकनीकी परीक्षण के दौरान फर्म द्वारा प्रस्तुत सेम्पल को तकनीकी समिति द्वारा Technically approved किया गया। |
| 2 | M/s Appasamy Associate | | Non-Responsive | तकनीकी मूल्यांकन किये जाने पर फर्म की निविदा आईटम के लिये दस्तावेजी रूप से योग्य नहीं पाई गई। |

Online financial bids of responsive bidders for above item will be opened on dated 04.10.18 at 01:00 P.M. Demonstration report can be obtained from office during office time.


Executive Director (EPM)
RMSCL, Jaipur